



> Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag

T.a.v. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Bussum

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**
ANVS

Contactgegevens
Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
Inspecteur

M +31(0)6- [REDACTED]
[REDACTED]@anvs.nl

Zaaknummer
ANVS-PP-2022/0088897

Briefnummer
ANVS-2022/7077

Datum 23 mei 2022
Betreft Handhaving Kernenergiewet/ Opheffen Last onder
dwangsom

Geachte [REDACTED],

Bij besluit van 21 maart 2022 met briefnummer ANVS-2022/3530 is aan u een last onder dwangsom opgelegd, dit omdat u röntgentoestellen in werking had zonder autorisatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit is een overtreding van artikel 3.9, lid 1 juncto artikel 3.10, lid 2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs).

Tijdens een inspectiebezoek aan uw bedrijf op 11 mei 2022 is het volgende gebleken:

1. U heeft een door de ANVS verleende registratie voor handelingen met twee röntgentoestellen. Deze registratie is definitief van kracht.
2. U krijgt advies van een stralingsbeschermingsdeskundige op de naleving van de geldende regels en voorschriften met betrekking tot de handelingen met röntgentoestellen.
3. Er is een beheerssysteem waarin de toestellen zijn geregistreerd.
4. Er is een administratie van de uitgevoerde handelingen en toestellen.
5. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) heeft een stralingshygiënische opleiding gevolgd.
6. De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen van de TMS zijn schriftelijk vastgelegd.
7. De TMS heeft toepassings specifieke bij en nascholing gevolgd.
8. Tijdens de inspectie was er geen jaarrapportage over 2021 opgesteld door de TMS. U heeft de jaarrapportage tijdens de inspectie alsnog opgesteld en ondertekend.
9. Er is een Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd.
10. Er is een raming van de door leden van de bevolking mogelijke ontvangen doses opgesteld (risicoanalyse voor het milieu).
11. De toestellen zijn gecontroleerd op de deugdelijke werking.
12. De toestellen kunnen niet door onbevoegden in werking worden gesteld.
Op 29 maart 2022 zijn de toestellen door een deskundige bedrijf onklaar gemaakt. Tijdens de inspectie waren de toestellen nog steeds onbruikbaar. Naar verwachting worden de toestellen op 13 mei 2022 weer in gebruik gesteld.



13. Tijdens de inspectie was de praktijkruimte met het OPG-toestel niet afgesloten. U heeft de deur direct op slot gedaan.

Hiermee heeft u de overtredingen genoemd in de last onder dwangsom opgeheven en alle overige overtredingen welke waren vermeld in de brief van 21 maart 2022.

Besluit

Op grond van het bovenstaande besluit ik de last onder dwangsom van 21 maart 2022 op te heffen.

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**
ANVS

Zaaknummer
ANVS-PP-2021/0088897

Briefnummer
ANVS-2022/7077

Publicatie handhavingsbeschikkingen

Aan u is eerder meegedeeld dat het handhavingsbesluit wordt gepubliceerd op de ANVS-website wanneer eventueel bezwaar en/of beroepsprocedures zijn afgerond. De ANVS publiceert ook de opvolging van het handhavingsbesluit. In dit geval wordt daarom op de ANVS-website vermeld dat u aan de last heeft voldaan en dat de last is opgeheven.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u voor wat betreft juridische informatie contact opnemen met [REDACTED] van de ANVS. Voor technisch inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde behandelaar.

Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan:

- de Nederlandse Arbeidsinspectie;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;
- Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
- het Functioneel Parket te Rotterdam;
- Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Hoogachtend,

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,



Dipl.-Ing. B.R. Keller,
afdelingshoofd