

Onderzoek	Blootstelli	Type	Medewerl	Handeling
Bijschikdi Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Botschitig Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Botschitig Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
DATSCAN Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Jodumthe Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Jodumthe Straling	Huid-Extr Spuit	MNW-PET	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Leucocyte Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Longperfu Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Lymfiliers Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Maagontd Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Meckels D Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Myoview Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Myoview Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Nierscintig Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
PET FDG Straling	Huid-Extr Spuit	MNW-PET	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
PET PSMA Straling	Huid-Extr Spuit	MNW-PET	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Radiumthe Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Renogram Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Renogram Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Sentinel n Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Sentinel n Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Sentinelthe Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Sentinelthe Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Sm-153-Q Straling	Huid-Extr Spuit	MNW-PET	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	
Thallium n Straling	Huid-Extr Spuit	MNW	Lekkende spuit bij uitpakken VTGM; 10% van activiteit komt vrij.	

Risico	Locatie	Tiidsduur	FTE	Pb	Afstand (n	Dosis facts	Aantal kar	Farmaco	Isotoop	Af(MBq)	TWF	Bronconst	Aantal HV	Handeling	#/FTE	T	D(mSv)
Potentieel Opslag en ontvangst		10	5	0	0,1	0,1	Stamcis 1	Tc-99m	54,3	1	0,000035	0	5	1	100	0,031675	
Potentieel Opslag en ontvangst		10	5	0	0,1	0,1	HDP/Tc-99	Tc-99m	60,659	1	0,000035	0	5	1	100	0,035384	
Potentieel Opslag en ontvangst		10	5	0	0,1	0,1	HDP/Tc-99	Tc-99m	60,399	1	0,000035	0	5	1	100	0,035081	
Potentieel Opslag en ontvangst		10	5	0	0,1	0,1	Ioflupane	I-123	15,161	1	0,004	0	5	1	100	1,010733	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	I-131-Natr	I-131	100	1	0,01	0	5	1	100	8,333333	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	I-131-Natr	I-131	40	1	0,01	0	5	1	100	3,333333	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Scintimun	Tc-99m	61,648	1	0,000035	0	5	1	100	0,017981	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	MAA/Tc-9	Tc-99m	10	1	0,000035	0	5	1	100	0,002917	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Nanoscan	Tc-99m	4,07	1	0,000035	0	5	1	100	0,001187	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Nanoscan	Tc-99m	1,041	1	0,000035	0	5	1	100	0,000304	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Tc-99m-N	Tc-99m	14,864	1	0,000035	0	5	1	100	0,004335	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Myoview/	Tc-99m	49,087	1	0,000035	0	5	1	100	0,014317	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Myoview/	Tc-99m	49,165	1	0,000035	0	5	1	100	0,01434	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	DMSA/Tc-	Tc-99m	9,207	1	0,000035	0	5	1	100	0,002685	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	F-18 FDG	F-18	25	1	0,00048	0	5	1	100	0,1	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	F-18 PSMA	F-18	25	1	0,00048	0	5	1	100	0,1	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Ra-223-Ra	Ra-223	0,527	1	0,000071	0	5	1	100	0,000312	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	MAG 3/Tc	Tc-99m	7,96	1	0,000035	0	5	1	100	0,002322	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	MAG 3/Tc	Tc-99m	7,625	1	0,000035	0	5	1	100	0,002224	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Nanoscan	Tc-99m	9,595	1	0,000035	0	5	1	100	0,000759	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Nanoscan	Tc-99m	9,857	1	0,000035	0	5	1	100	0,002875	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Nanoscan	Tc-99m	3,1	1	0,000035	0	5	1	100	0,000904	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Nanoscan	Tc-99m	3,1	1	0,000035	0	5	1	100	0,000904	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Sm-153-S	Sm-153	287,245	1	0,00007	0	5	1	100	0,16756	
Potentieel Opslag en ontvangst		5	5	0	0,1	0,1	Tl-201-Th	Tl-201	50	1	0,001	0	5	1	100	0,416667	

Uitpakken in D-lab regulier en potentieel: 1,25 mSv
Opslag en ontvangstruimte, potentieel: 13,6 mSv